

手術室・ICU生体情報管理システム 一式（機器構成）

- | | | | |
|---|---|----|----|
| 1 | 手術室モニタリングシステム | 1式 | |
| ① | ベッドサイドモニタ | 5台 | |
| | * 手術室A、B、C、D、および血管造影室 | | |
| ② | セントラルモニタ | 1台 | |
| | * 麻酔科医室（ICU分も表示可能） | | |
| ③ | スレーブモニタ | 2台 | |
| | * 麻酔科医室、カンファランス（手術室およびICU全室表示） | | |
| ④ | スレーブモニタ | 1台 | |
| | * 手術室受付（手術室全室表示） | | |
| ⑤ | 情報管理システム | 1式 | |
| | * サーバはICUと共用可能 | | |
| 2 | ICUモニタリングシステム | 1式 | |
| ① | ベッドサイドモニタ | 8台 | |
| | * ICU各病床 | | |
| ② | スレーブモニタ | 8台 | |
| | * 各ベッドサイド用 | | |
| ③ | セントラルモニタ | 2台 | |
| | * ICUスタッフステーション（手術室分も表示可能） | | |
| | * ICU医室（手術室分も表示可能） | | |
| ④ | スレーブモニタ（手術室&ICU全室表示） | 2台 | |
| | * 麻酔科医室、カンファランス | | |
| ⑤ | スレーブモニタ（ICU全室表示） | 2台 | |
| | * ICUスタッフステーション、ICU看護師休憩室 | | |
| ⑥ | 情報管理システム | 1式 | |
| | * サーバは手術室と共用可能 | | |
| 3 | 手術映像情報システム | 1式 | |
| ① | 手術室内映像情報機器 | 1式 | |
| | イ 3軸電動雲台付術野カメラ | 4式 | |
| | * 手術室A、B、C、D室 | | |
| | ロ 手術映像録画配信装置 | 5台 | |
| | * 手術室A、B、C、D、および血管造影室 | | |
| | ハ 天吊り大型LEDディスプレイ | 4式 | |
| ② | 術中映像情報管理機器 | 1式 | |
| | イ 術中映像情報管理サーバ | | |
| ③ | 配信先映像表示機器 | 1式 | |
| | イ 大型LCDディスプレイ（47インチ） | 1式 | |
| | ロ 大型LCDディスプレイ（42インチ） | 2式 | 5式 |
| | ハ 分割映像表示端末 | 6式 | |
| | * 麻酔科医室、ICU及び手術室スタッフステーション、カンファレンス室、ME室×2 | | |
| | ニ 映像編集視聴端末 | 1式 | |
| ④ | シーリングカラム | 2基 | |
| | * 手術室A、B室 | | |
| 4 | モニタリング支援システム | 1式 | |
| ① | 血液凝固・線溶測定装置 | 1台 | |
| ② | 脳機能測定装置 | 2台 | |
| | * 手術室、ICU | | |
| ③ | 揺らぎ測定装置 | 1台 | |
| ④ | 低体温維持装置 | 1台 | |
| ⑤ | 超音波診断装置 | 1台 | |