

仕 様 書

1. 調達物品

バルーン小腸内視鏡 一式

《構成内訳》

バルーン小腸スコープ	1式
固定用ゴム取付け具	1個

2. 仕様・規格

- 2-1 既設の内視鏡システムに接続可能で、分光画像処理機能が使用できること。
- 2-2 先端部径がφ7.5mm以下であること。
- 2-3 観察範囲が2～100mmであること。
- 2-4 視野角が140°以上であること。
- 2-5 φ2.2mm以上のチャンネル径を有すること。
- 2-6 撮像方式が同時方式であること。
- 2-7 内視鏡先端部にバルーン装着可能で、伸縮可能であること。

3. その他必要条件

3-1 障害支援体制

- 3-1-1 本機器に障害が発生した場合、復旧のための迅速な対応が行えること。
- 3-1-2 修理、メンテナンスは国内での対応が可能であること。

3-2 その他

- 3-2-1 日本語の操作マニュアルを提供すること。
- 3-2-2 装置の管理者、運用者に技術指導を行うこと。

以上