

電動検診台 仕様書

1 品名

メグジョイ ナチュラル (回転タイプ)

2 製造業者

アトムメディカル株式会社

3 構成内容

3-1	本体 (カラー: エクリュ)	1 台
3-2	器械掛	1 個
3-3	股受バンド	1 組
3-4	クリーンパッド	1 個

4 仕様

(性能・機能に関する要件)

4-1 電動検診台は以下の要件を満たすこと。

- 4-1-1 診察スペースが広く、超音波診断装置やコルポスコピーなどの操作が刺客器などにぶつかりにくいような構造となっていること。
- 4-1-2 昇降機は電動駆動式であること。
- 4-1-3 フットスイッチはワイヤレスタイプであること。
- 4-1-4 診察体位を2ポジション記憶させることができること。
- 4-1-5 清拭性に優れた構造であること。
- 4-1-6 自動動作中にフットスイッチのいずれかを踏むと動作をすぐ停止する安全機能を有していること。
- 4-1-7 診察終了時の座面が46 cm以下であること。

(性能・機能以外の要件)

4-2 設置、保守、その他については、以下の要件を満たすこと。

- 4-2-1 設置にあたり、当院が用意した一次側設備以外に必要な改修工事等があれば当院担当職員と協議の上で落札者において施行すること。
- 4-2-2 本調達に伴う、撤去、搬入、据付、配線、配管及び調整については、当院担当職員と事前協議の上で落札者において施行すること。
- 4-2-3 装置の搬出・搬入のためのルート確保、養生等は落札者が実施すること。
- 4-2-4 障害時において、復旧のための通報を受けてから、速やかに現場で対応できる体制であること。
- 4-2-5 本機器の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- 4-2-6 納入後1年間は、無償で保守作業を実施すること。
- 4-2-7 取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に十分に行うこと。取り扱い

説明、教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、当院担当職員と協議し決定すること。

- 4-2-8 導入機器の日本語版の取扱説明書を1部備えること。また、取扱説明書をPDFファイル形式化したものも提供すること。
- 4-2-9 導入された機器が仕様書に記載された要件を満たしているか判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当職員の承認を得た上で引き渡すこと。
- 4-2-10 その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。