

器具・蛇管乾燥装置 仕様書

1 品名

器具・蛇管乾燥装置 1式

2 乾燥装置は、以下の要件を満たすこと。

- 1 本体寸法は、幅 850mm×奥行 675mm×高さ 1,840mm 以下であること。
庫内寸法は、幅 640mm×奥行 600mm×高さ 1,600mm 以上であること。
- 2 本体は片扉方式で、観音扉方式であること。
- 3 内容積は 520 L以上の容量があること。
- 4 設定温度は 45℃～90℃の範囲且つ 1℃間隔で設定できること。
- 5 タイマー設定は 1分～900分の範囲で且つ 1分間隔で設定できること。
- 6 チューブ類（Φ6～Φ12mm）の乾燥は 192 本以上接続できること。
- 7 蛇管類の乾燥は 64 本以上接続できること。
- 8 庫内の材質はステンレスであること。
- 9 棚板は自由に付け替えが可能であること。
- 10 連続運転機能とタイマー運転機能があること。
- 11 過電流保護装置付 漏電遮断器が内蔵されていること。
- 12 送風機過負荷防止回路が内蔵されていること。
- 13 過熱に対して温度ヒューズが備わっていること。
- 14 ヒータ容量は 2.0 kW 以上かつ風量は 6 m³/h 以上であること。
- 15 表示ランプは LED ランプを使用していること。
- 16 器具専用棚は 13 段以上取り付け可能で、納品時に 13 段分納品すること。
- 17 ドアには窓があり収納物が目視できること。
- 18 専用ホルダー・金具を必要とせず、チューブ類の乾燥接続ができること。
- 19 既設システム乾燥器 (RL-500: 三浦工業株式会社製) の移設・試運転費用も含むこと。
- 20 乾燥時間短縮のため、エアガン一式を付属し、そのコンプレッサーは 100V 仕様の静音型であること。