

## 脳機能モニタ(脳波計)仕様書

### 1. 品 名

脳機能モニタ (脳波計)

### 2. 数量及び構成

一式

[構成内容]

No	メーカー	品 名	規 格	数量
1	日本光電	脳波計本体	CC-125A	1
2	日本光電	電極接続箱	JE-921A-01	1
3	日本光電	ミニ電極接続箱	JE-922A-01	1
4	日本光電	脳波用電極セット	BE-911A	1
5	日本光電	架台	KC-125A	1
6	日本光電	デジタルビデオソフトウェア	QP-110AK	1
7	日本光電	マイクセット	ZD-110A	1
8	日本光電	カメラキャプチャユニット	QI-120A	1
9	日本光電	カラーカメラセット 3	LC-361B	1
10	日本光電	アダプタ	DI-120A	1
11	日本光電	カメラポール	KH-120A	1
12	日本光電	ハードディスクドライブユニット	QM-101A	1
13	日本光電	レビュープログラム	QP-112A	1
14	日本光電	プリベンティブ P-LAN	P-P-LAN	1
15	日本光電	EEG トレンドプログラム	QP-160A	1
16	日本光電	発作波形検出プログラム (新生児用)	QL-162A	1
17	日本光電	aEEG 用ディスク電極 NE-05IS3	H544A	1
18	日本光電	シールド中継コード BM-120A	K640	1
19	ミユキ技研	ウェーブガードコネクタ サイズ B	CS-301	1
20	ミユキ技研	ウェーブガードコネクタ サイズ I	CS-301	1
21	ミユキ技研	ウェーブガードコネクタ サイズ C	CS-301	1
22	ミユキ技研	ウェーブガードコネクタ サイズ S	CS-301	1
23	ミユキ技研	アダプタコード D-Sub25	XC-301	1
24	ミユキ技研	錫電極	XE-383	8
25	ミユキ技研	耳クリップ	XE-391	8
26	ミユキ技研	脳波ゲル ワンステップゲル 500g	XE-153	3
27	ミユキ技研	ゲル注入アダプタ	XE-001	2
28	ミユキ技研	シリンジ	XE-011	3
29	ミユキ技研	スポンジリング	ZS-510	1

### 3. 設置、保守、その他

- 1) 設置にあたり、当院が用意した一次側設備以外に必要な改修工事等があれば当院担当職員と協議の上で落札者において施行すること。
- 2) 本調達に伴う撤去、搬入、据付、配線、配管及び運転調整（オンライン接続等を含む）については、当院担当職員と事前協議の上で落札者において施行すること。
- 3) 機器の搬出・搬入のためのルート確保、養生等は落札者が実施すること。
- 4) 障害時において、復旧のための通報を受けてから、速やかに現場で対応できる体制であること。
- 5) 本機器の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- 6) 納入後1年間は、無償で保守作業を実施すること。
- 7) 取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に十分に行うこと。取り扱い説明、教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、当院担当職員と協議し決定すること。
- 8) 導入機器の日本語版の取扱説明書を1部備えること。また、取扱説明書をPDFファイル形式化したものも提供すること。
- 9) 導入された機器の動作を判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当職員の承認を得た上で引き渡すこと。
- 10) その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。

以上