

## 生化学分析装置（ドライタイプ）仕様書

### ○ 性能、機能等の要求要件

- 1 微量検体に対応でき、操作が簡便で、かつ試薬の取り扱いが簡単なドライ方式であること
- 2 生化学20項目以上に対応出来ること
- 3 測定時間は、10分／10項目 以内であること（電解質を含む）
- 4 1台で一般的な生化学項目の他、NH<sub>3</sub>、D-BIL、電解質の測定が可能であること
- 5 試薬のキャリブレーションは磁気カードやバーコードなどにより簡便であること（CRPを除く）
- 6 日常のメンテナンスが容易であること
- 7 当院の電子カルテ（富士通；EGMAIN-GX）と接続すること