

## 宮城県立こども病院 救急外来用無影灯 仕様書

### 1 品名

サージ LED N シリーズ 小型 1 灯式 / SURGICL-30N (東機貿)

### 2 仕様

<性能・機能に関する要件>

- (1) 天井から 1 軸で構成され、1 灯式であること
- (2) 演色指数は 96 であること
- (3) 色温度は 4,500k と 5,000k を選択可能であること
- (4) 清潔者が灯体の位置変更が行えるよう、滅菌ハンドルが装着可能であること
- (5) 様々な処置に対応できるよう、照射野直径を手動で 18cm から 22cm の間で可変できること
- (6) 灯体と壁面に操作パネルを有し、点灯モードを容易に操作できること
- (7) 不潔者が灯体の位置変更が行えるよう、外部ハンドルが灯体側面に 1/2 以上装着されていること
- (8) LED 寿命は 50,000 時間以上の高寿命であること
- (9) 灯体表面は特殊強化加工ガラス仕様でアルコール消毒が可能であること
- (10) 間接照明機能を有すること
- (11) 設置に係るアンカー埋設及び架台工事等の費用については受注者の負担とする