

## 分娩台 仕様書

仕様については、以下の要件を満たすこと

- 1 本体昇降、背もたれ角度調整、腰板角度調整、脚板開閉がフットスイッチ操作でできること。
- 2 ベッド状態から分娩状態への移行は、脚板部が簡単なレバー操作で踵受けに変化し、さらにフットスイッチ操作により左右それぞれが電動開閉できること。
- 3 本体最低位は、55cm程度であること。
- 4 本体最高位は、100cm程度であること。
- 5 背もたれ角度は、 $-10^{\circ}$  から $60^{\circ}$  まで調整できること。
- 6 腰部の角度は、水平から $25^{\circ}$  まで調整できること。
- 7 フットスイッチのワンタッチ操作で本体が最低位まで自動下降するオートリターン機構を装備していること。
- 8 サイドフェンスは、収納可能なこと。
- 9 ハンドスイッチにより本体昇降、背もたれ角度調整、腰板角度調整ができること。
- 10 ふくらはぎを外側から支える機構を装備していること。
- 11 電動油圧ロック機構により本体の移動、固定が簡単に行える機能を有すること。