

消化管用内視鏡スコープ 仕様書

1 品名

- ①上部消化管用汎用スコープ／EG-590WR2（富士フィルム）
- ②下部消化管用処置用スコープ／EC-580RD/M（富士フィルム）

2 仕様

<性能・機能に関する要件>

- (1) 上部消化管用汎用スコープ
 - (1-1) 当院の内視鏡システムに接続可能で、分光画像処理機能が使用できること
 - (1-2) 先端部径が $\phi 9.6\text{mm}$ 以下であること
 - (1-3) 観察範囲が 4～100mm であること
 - (1-4) 視野角が 140°以上であること
 - (1-5) $\phi 2.8\text{mm}$ 以上のチャンネル径を有すること
 - (1-6) 撮影方式が同時方式であること

- (2) 下部消化管用処置用スコープ
 - (2-1) 当院の内視鏡システムに接続可能で、分光画像処理機能が使用できること
 - (2-2) 先端部径が $\phi 9.8\text{mm}$ 以下であること
 - (2-3) 観察範囲が 3～100mm であること
 - (2-4) 視野角が 140°以上であること
 - (2-5) $\phi 3.2\text{mm}$ 以上のチャンネル径を有すること
 - (2-6) 撮影方式が同時方式であること