

システム乾燥機 仕様書

仕様については、以下の要件を満たすこと

- 1 内容積は500L以上であること
- 2 鋼製小物・チューブなどを一緒に乾燥できる構造であること
- 3 乾燥庫の材質はステンレスであること
- 4 操作スペース削減のため扉は観音扉であること
- 5 HEPAフィルタを内蔵しクリーンな乾燥が可能なこと
- 6 可視化窓により乾燥物の監視が可能であること
- 7 乾燥方式は熱風循環方式であること
- 8 設置温度は45℃～90℃の範囲内で1℃単位の設定が可能であること
- 9 棚板は乾燥物に合わせて高さ変更が可能であること
- 10 離れた場所からでも稼動状態が確認できるようLEDランプで状態を確認できること
- 11 運転時間に応じてフィルタの交換時期のお知らせが表示できること