

3 深部体温測定装置

深部体温測定装置 1式

- 1-1 外形寸法 幅262(幅)×105(高さ)×125.5(奥行)mm(但し、突起部を含まず)以内であること。□
- 1-2 深部温および表面温が測定可能であること。
- 1-3 測定部位表示機能:測定部位を深部4パターン、表面6パターンから選択可能であること。
- 1-4 グラフ表示機能:グラフ縦軸幅・横軸幅はそれぞれ4種類から選択可能であること。
- 1-5 外部通信機能:直接または間接的にデータ出力可能であること。
- 1-6 クイックスタート機能:温度平衡までの時間を短縮可能であること。
- 1-7 データ蓄積機能:記憶スイッチを押し、蓄積可能(最大2880データまたは 20ファイル)/データ蓄積間隔変更:8段階(2秒から60分)で設定可能であること。
- 1-8 時刻表示機能:液晶表示部にてグラフ画面(記憶中)、数値画面で表示(24時間表示)であること。
- 1-9 表示桁数切換:3桁/4桁自動切換または3桁固定から選択可能であること。
- 1-10 深部温および表面温測定用プローブをそれぞれ2本ずつ備えること。