

## 4 患者加温装置

### 患者加温装置 1式

- 1-1 加温効果が高く低温熱傷の生じにくい温風式であること。
- 1-2 患者の低体温状態を素早く防止・回復させるため、送風風量が39CFM以上であること。
- 1-3 風量調整(強・弱)の機能があること。
- 1-4 他の機器に障害を与えないこと。
- 1-5 過加熱時(53℃±3℃)にはアラームが鳴り、自動的に電源が切れる機能を有すること。
- 1-6 感染等の危険に配慮し、ディスポーザブルのブランケットを有すること。
- 1-7 ディスポーザブルブランケットは大人や小児および乳幼児の様々
- 1-8 ディスポーザブルブランケットは16CFR1610の難燃性基準を満たしていること。
- 1-9 本体重量7kg以下であること