

## 経食道プローブ仕様書

### 1. 品 名

経食道プローブ

### 2. 数量及び構成

1 個

[構成内容]

No	メーカー	規 格	数量
1	フィリップス・ジャパン	S7-3t	1

### 3. 設置、保守、その他

- 1) 本機器の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- 2) 納入後 1 年間は、無償で保守作業を実施すること。
- 3) 取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に十分に行うこと。取り扱い説明、教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、当院担当職員と協議し決定すること。
- 4) 導入機器の日本語版の取扱説明書を 1 部備えること。また、取扱説明書を PDF ファイル形式化したものも提供すること。
- 5) 導入された機器の動作を判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当職員の承認を得た上で引き渡すこと。
- 6) その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。

以上