

補助循環装置仕様書

1 品 名

補助循環装置

2 数量及び構成

一式

[構成内容]

メーカー	品名	規格	数量
泉工医科工業	メラ遠心ポンプシステム		1 式
	(内訳)		
泉工医科工業	遠心ポンプドライバユニット	HCS-CFP	1
泉工医科工業	モータユニット(メラ遠心ポンプ用)D タイプ	HAS-CFP-MD	1
泉工医科工業	メラ人工心肺装置 HAS 型 補助ポールホルダー	HAS-AJ300B 300mm	1
泉工医科工業	非常用手回し器(メラ遠心ポンプ用)	HCS-CM-MP	1
泉工医科工業	非常用手回し器アダプタ(メラ遠心ポンプ用)	HAS-CM-M	1
泉工医科工業	非常用手回し器アダプタポールホルダ	HCS-CM-H	1
泉工医科工業	メラ人工心肺装置 HAS 型 補助ポールホルダー	HAS-AJ200B 200mm	1
泉工医科工業	バブル・フローセンサ (3/8)	HCS-CFP (HAS-EBA3/8)	1
泉工医科工業	バブル・フローセンサ (1/4)	HCS-CFP (HAS-EBA1/4)	1
泉工医科工業	超音波ジェル	H-USG	1
泉工医科工業	シグナルタワー	HCS-CFP [HCS-CL]	1
泉工医科工業	メラ デジタル温度計 HDT-7 YSI 温度プローブ 人工心肺用	ITP100-34 (RED)	1
泉工医科工業	メラ デジタル温度計 HDT-7 YSI 温度プローブ 人工心肺用	ITP100-34 (BLUE)	1
泉工医科工業	酸素飽和度センサ	HCS-CFP [HSAT-S]	2
泉工医科工業	HPT 専用ケーブル	HPT-S	4
泉工医科工業	システム架台	HCS-BS	1

泉工医科工業	冷温水槽ユニット	HCS-HC	1
泉工医科工業	電子ブレンダーユニット	HCS-OAB	1
泉工医科工業	カニューレバスケット(システム架台用)	HCS-CP	1
泉工医科工業	拡張ユニット	HCS-EXT	1
泉工医科工業	ホースアセンブリ 02 (ピン方式)5m	—	1
泉工医科工業	ホースアセンブリ AIR (ピン方式)5m	—	1
泉工医科工業	ホースアセンブリ 02 1m	—	1
泉工医科工業	02 減圧弁	SA-303	1
泉工医科工業	データ記録用タブレット	—	3
イワキ	空気・酸素ブレンダー	—	1
テルモ	スマート型シリンジポンプ	TE-SS835N	10

3 設置、保守、その他

- (1) 設置にあたり、当院が用意した一次側設備以外に必要な改修工事等があれば当院担当職員と協議の上で落札者において施行すること。
- (2) 本調達に伴う撤去、搬入、据付、配線、配管及び運転調整（オンライン接続等を含む）については、当院担当職員と事前協議の上で落札者において施行すること。
- (3) 機器の搬出・搬入のためのルート確保、養生等は落札者が実施すること。
- (4) 障害時において、復旧のための通報を受けてから、速やかに現場で対応できる体制であること。
- (5) 本機器の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- (6) 納入後1年間は、無償で保守作業を実施すること。
- (7) 取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に十分に行うこと。取り扱い説明、教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、当院担当職員と協議し決定すること。
- (8) 導入機器の日本語版の取扱説明書を1部備えること。また、取扱説明書をPDFファイル形式化したものも提供すること。
- (9) 導入された機器の動作を判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当職員の承認を得た上で引き渡すこと。
- (10) その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。

以上