

質疑に対する回答

令和4年10月7日

件名 ナースコールシステム 一式

仕様 項目番号	質疑内容	回答
【入札説明書】 1-(3)	仮想サーバの納入時期はおおよそでもいつ頃になるのかお知らせをお願いします。	令和5年3月末までの納入を予定しております。
【仕様書】 2-(2)-③	インターホンと連動と記述がありますが、カメラ付インターホンでよろしいでしょうか。	病棟入口に設置するカメラ付インターホンを示します。
【仕様書】 3-(1)-⑥	病室内の子機の交換作業は入院患者がいる状態で作業するのでしょうか、それとも一時的に病室を空床にして作業をするのでしょうか。	子機交換作業の所要時間や影響範囲によるものと考えております。契約後、看護部と協議することといたします。
【仕様書】 3-(2)-②	作業の開始可能時間と終了時間を教えて下さい。また土日祝日の作業は可能でしょうか。	作業は、9時00分から17時00分までを想定しています。ただし、病棟エリアにおいては、食事時間等で作業ができない時間帯がございます。病棟以外のエリアは休診日である土日祝日の作業をお願いいたします。
【仕様書】 3-(2)-⑥	材料置場は建物内に確保可能でしょうか。	原則建物内で確保する予定ですが、スペースや期間等を考慮する必要がありますので、契約後に協議することといたします。
【仕様書】 6-(2)-①	液晶ディスプレイは24インチ以上のタッチパネルと記述がありますが、モニターサイズは24インチ以上が必須でよろしいでしょうか。	24インチ以上を必須といたします。
【仕様書】 6-(3)-⑤	写真、画像等を表示とありますが、病院様で用意した任意の写真を病室前の液晶廊下灯に表示出来るという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。