

質疑に対する回答

令和4年10月27日

件名 全自動微生物同定感受性装置及び微生物検査システム一式

仕様 項目番号	質疑内容	回答
2-2-18	グラム染色等の画像を取り込むことができ、電子カルテシステムからも閲覧できること。 「グラム染色等の画像を取り込むことができ、電子カルテシステムからも閲覧できるシステムを利便性向上の為に将来的に提案できること。」へ変更をお願いします。	グラム染色等の画像取り込み、電子カルテシステムからも閲覧できることが望ましいですが、必須ではございません。
2-2-19	電子カルテシステムから、検体検索が行える機能をもつこと。 「電子カルテシステムから、検体検索が行える機能をもつシステムを利便性向上の為に将来的に提案できること。」へ変更をお願いします。	電子カルテシステムから、検体検索が行えることが望ましいですが、必須ではございません。
2-2-20	電子カルテシステムから、検体検査とはべつに微生物検査の抽出が行えること。 「電子カルテシステムから、検体検査とはべつに微生物検査の抽出が行えるシステムを利便性向上の為に将来的に提案できること。」へ変更をお願いします。	電子カルテシステムから、検体検査とはべつに微生物検査の抽出が行えることが望ましいですが、必須ではございません。