

質疑回答

件 名 核医学施設放射線モニタリングシステム一式

仕様 項目番号	質疑内容	回答
4.1.2.5	換算式の表記 (7.0×10^{-4} Bq/cm ³) は、(7.0×10^{-4} Bq/cm ³) の誤記でしょうか。	「4.1.2.5 検出限界値は、99 mTc 換算にて、 7.0×10^{-4} Bq/cm ³ 以下であること。但し、計算式は JIS Z 4317(放射性希ガスモニタ)に準じること。」の「 7.0×10^{-4} Bq/cm ³ 」は、「 7.0×10^{-4} Bq/cm ³ 」に訂正します。
4.1.2.10	チェック文字 (☑)は、(チェック)の誤記でしょうか。	「4.1.2.10 自己診断機能を有し、電圧健全性、サンプリング状態等の☑機能を診断できること。」の「☑機能」は、「チェック機能」に訂正します。
4.3.9	ニッケル水素電池の型番号(33型)は、(3型)の誤記でしょうか。	「4.3.9 電源は、アルカリ乾電池単3型×8本、ニッケル水素電池単33型×8本、USB給電(USB 2.0)の3種に対応すること。」の「単33型」は、「単3型」に訂正します。