

リカバリ室用生体情報ベッドサイドモニタ仕様書

1. 品 名

リカバリ室用生体情報ベッドサイドモニタ

2. 数量及び構成

3 式

[構成内容]

No	メーカー	品 名	規 格	数量
1	日本光電	モニタ本体 15 インチ	CU-171R	2
2	日本光電	モニタ本体 19 インチ	CU-172R	1
3	日本光電	レコーダユニット	WS-171P	3
4	日本光電	リアオプションボード	QI-171P	3
5	日本光電	サイドオプションボード	QI-152P	3
6	日本光電	SD カード	QM-150P	3
7	日本光電	データアクイジションユニット	JA-170P	3
8	日本光電	ベッドサイドモニタ	BSM-1763	3
9	日本光電	バッテリーパック	X161	3
10	日本光電	DAU 接続ケーブル 0.9M	YS-118P0	3
11	日本光電	レコーダ接続ケーブル 0.35M	YS-118P9	3
12	日本光電	ECG 中継コード	K922 JC-906P	3
13	日本光電	SpO2 中継コード	K931 JL-900P	3
14	日本光電	エアウェイアダプタ (30 個入)	R805 挿管用	1
15	日本光電	CO2 センサキット	P910A TG-980P	3
16	日本光電	新生児用中継エアホース	S905A	3
17	日本光電	幼児用カフ	S951A YP-710T	3
18	日本光電	小児用カフ	S951B YP-711T	3
19	日本光電	バッテリーパック	SB-970P	3
20	日本光電	リモートコントローラ	RY-910P	1
21	日本光電	サイズミックチャネル	WC-0002-05	3
22	日本光電	VHM-PL Variable Height Arm	WS-0012-75	3
23	日本光電	アダプタープレート	NK-0055-67	3
24	日本光電	Fluted ポスト	WMM-0006-02	3
25	日本光電	ポールマウントキット	NK-0050-01	3
26	日本光電	PRC クランプ	PRC-0001-01	3
27	日本光電	PRC 用アダプタ	NK-0055-64	3
28	日本光電	Quick Connect RPC クランプ	PRC-0003-01	3
29	日本光電	4 連ケーブルフック	UT-001-01	3

30	日本光電	モニタ設置補強工事	—	1
31	日本光電	設置調整	—	1
32	日本光電	Vitrac 端末設定（追加 1 台分）	—	1

3. 設置、保守、その他

- （1） 設置にあたり、当院が用意した一次側設備以外に必要な改修工事等があれば当院担当職員と協議の上で落札者において施行すること。
- （2） 本調達に伴う撤去、搬入、据付、配線、配管及び運転調整（オンライン接続等を含む）については、当院担当職員と事前協議の上で落札者において施行すること。
- （3） 機器の搬出・搬入のためのルート確保、養生等は落札者が実施すること。
- （4） 障害時において、復旧のための通報を受けてから、速やかに現場で対応できる体制であること。
- （5） 本機器の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- （6） 納入後 1 年間は、無償で保守作業を実施すること。
- （7） 取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に十分に行うこと。取り扱い説明、教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、当院担当職員と協議し決定すること。
- （8） 導入機器の日本語版の取扱説明書を 1 部備えること。また、取扱説明書を PDF ファイル形式化したものも提供すること。
- （9） 導入された機器の動作を判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当職員の承認を得た上で引き渡すこと。
- （10） その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。