

全自動遺伝子分析装置仕様書

1. 品 名

全自動遺伝子分析装置 (FilmArray)

2. 数量及び構成

一式

[構成内容]

No	メーカー	品 名	規 格	数量
1	ビオメリュー・シグマハソン	FilmArray Torch システム 2 モジュール	-	1
構成		System Base Box	-	1
		Module Box	-	2
		USB メモリスティック	-	1
		VILINK ソフトウェア	-	1
		カラープリンタ	-	1

3. 設置、保守、その他

- (1) 設置にあたり、当院が用意した一次側設備以外に必要な改修工事等があれば当院担当職員と協議のうえで落札者において施行すること。
- (2) 本調達に伴う撤去、搬入、据付、配線、配管及び運転調整（オンライン接続等を含む）については、当院担当職員と事前協議のうえで落札者において施行すること。
- (3) 機器の搬出・搬入のためのルート確保、養生等は落札者が実施すること。
- (4) サーバ及びクライアントの導入が伴う場合は、セキュリティ対策を講じること。また、その方法については、情報システム担当者と協議のうえ実施すること。
- (5) 障害時において、復旧のための通報を受けてから、速やかに現場で対応できる体制であること。
- (6) 本機器の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- (7) 納入後 1 年間は、無償で保守作業を実施すること。
- (8) 取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に十分に行うこと。取り扱い説明、教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、当院担当職員と協議し決定すること。
- (9) 導入機器の日本語版の取扱説明書を 1 部備えること。また、取扱説明書を PDF ファイル形式化したものも提供すること。
- (10) 導入された機器の動作を判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当職員の承認を得たうえで引き渡すこと。
- (11) その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。